

DICHIARAZIONE DI BIOCOMPATIBILITÀ

CAMPIONI TESTATI

RUTHINIUM FIBRA UHM & RUTHINIUM FIBRA MAT

FABBRICANTE

DENTAL MANUFACTURING SPA
RUTHINIUM GROUP
VIA CA' MIGNOLA NUOVA, 1699
BADIA POLESINE (RO) – ITALY

Si dichiara che i prodotti sopra citati sono stati testati in pool in accordo allo standard internazionale ISO 10993-1:2009, tutti i test sono stati condotti in regime di accreditamento ISO/IEC 17025:2005, in dettagli

CITOTOSSICITÀ

È stata eseguita la prova di citotossicità secondo la norma UNI EN ISO 10993-5:2009. I campioni sono risultati essere **NON CITOTOSSICI**.

TEST MASSIMIZZAZIONE DI IPERSENSIBILITÀ RITARDATA

È stato eseguito il test in vivo di ipersensibilità ritardata su cavie secondo la norma ISO 10993-10:2010. I campioni sono risultati essere **NON SENSIBILIZZANTI**.

TEST DI REATTIVITÀ INTRACUTANEA IN CONIGLI ALBINI NEW ZEALAND

È stato eseguito il test di reattività intracutanea secondo ISO 10993-10:2010. I campioni analizzati sono risultati essere **NON IRRITANTI**.


Quality Assurance Manager

Barbara Gottardi, Dr.



Laboratory Manager

Lorenzo Autore, Dr.



Bologna, 05/10/2018